

NANO M.ON

CERTIFIKÁT FILTRAČNÍ ÚČINNOSTI

výrobce / distributor:

**Nano Medical s.r.o.
FERMATA, a.s.**

výrobek:

NANO-LIGHT MASK CE

typ:

NANO M.ON

NANO LIGHT MASK - certifikovaný obdobný prostředek ekvivalent FFP2, **filtrační účinnost > 94%** dle příslušných norem.

Potvrzujeme, že je obdobným prostředkem ochrany dýchacích cest dle Mimořádného opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.



A Sotera Health company

Sponsor:
Marcela Munzarova
Nano Medical s.r.o.
S května 1940/05
Praha, 14000
CZECH REPUBLIC

Latex Particle Challenge Final Report

Test Article: AntiMicrobe Web R
Study Number: 1272275-501
Study Received Date: 28 Feb 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
6280 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Test Procedure(s): Standard Test Protocol (STP) Number: STP0005 Rev 07
Deviation(s): None

Test Side: Either Side
Area Tested: 61.5 cm²
Particle Size: 0.1 µm
Laboratory Conditions: 21°C, 24% relative humidity (RH) at 0854, 21°C, 23% RH at 1200
Average Filtration Efficiency: 93.79%
Standard Deviation: 0.042

Study Director



801-290-7500 | nelsonlabs.com | sales@nelsonlabs.com



Study Director

Curtis Gerow, B.S.

16 Mar 2020
Study Completion Date

NS

FRT0005-0001 Rev 6

Jiří Fantík DiS.

člen představenstva FERMATA, a.s.

v Čelakovích dne 2. 1. 2022

